

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το Νοσοκομείο θα έχει το δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης και σύμφωνα με τις ανάγκες του.
2. Η εκτέλεση της Σύμβασης που θα υπογραφεί (Παραγγελίες, Επιτροπή Παραλαβής, Πληρωμές κ.λπ. θα γίνει από το Νοσοκομείο. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική, οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο.
3. Σε κάθε τεχνική προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται **ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ** στην στήλη **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** του Παραρτήματος ΣΤ' να απαντούν συγκεκριμένα στα εξής:
“Η περιγραφή τιμολόγησης, Ref τιμολόγησης (όπως στο ΕΚΑΠΤΥ), Κωδ. ΕΚΑΠΤΥ, Ref No ή Catalog No του κατασκευαστή (εφόσον δεν συμπίπτει με το Ref. Τιμολόγησης), Κωδ.Π.Τ. (εάν υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο), ο κατασκευαστής, prospectus”
 και όχι μονολεκτικά με «ΝΑΙ», η δε τεκμηρίωση της απάντησης των όπου χρειάζεται θα γίνεται στην επόμενη στήλη **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**.
4. Στην στήλη **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** του Παραρτήματος ΣΤ' να αναφέρονται ονομαστικά τα συνημμένα αρχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του οικονομικού φορέα που αφορούν την αντίστοιχη προδιαγραφή αναφέροντας τη συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο του ανάλογου αρχείου του τεχνικού φυλλαδίου/prospectus, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο το έργο της επιτροπής.
5. Κάθε ref του κατασκευαστή θα πρέπει να προσφερθεί **μόνο σε έναν α/α είδους** στο παρόντα διαγωνισμό **ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ ΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**.
6. **Καταγωγή προσφερομένων υλικών και δήλωση επιχείρησης κατασκευής του τελικού προϊόντος:**
 1. Οι προμηθευτές (ή εργολήπτες) υποχρεούνται, ανάλογα με την μορφή του διαγωνισμού, να αναφέρουν στις αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (ή που θα χρησιμοποιήσουν για εκτέλεση του έργου ή της παροχής υπηρεσιών).
 2. Ο συμμετέχων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. **Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
 3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. **Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους** (εννοείται οι προσφέροντες) προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης ειδών του διαγωνισμού σ' αυτούς. **Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
7. Για όλα τα ζητούμενα είδη της διακήρυξης Νο26 με α/α από 1 έως 235 να επισυναφθεί τεχνικό φυλλάδιο/prospectus.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ &
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 41975
Α/Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 26

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ			
1.Εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ή το 2% του ποσού που καλύπτει την συνολική προϋπολογισθείσα αξία μόνο των προσφερομένων ειδών χωρίς ΦΠΑ.	ΝΑΙ		
2.Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) [άρθρου 79 παρ.4 ν.4412/2016 Α(147)] του Παραρτήματος Ι' της διακήρυξης.	ΝΑΙ		
B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1. 8-TUBE STRIP 0,2ML 125 STRIPS/PACKAGE ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΥΠΟΥ CLEAR CAP ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ RT PCR	ΝΑΙ		
2. CAPILLARY TUBES ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LIGHT CYCLER PCR	ΝΑΙ		
3. CELL STRAINER ΦΙΛΤΡΟ 100μm NYLON ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΝΑΙ		
4. CLIPS ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΣΚΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ	ΝΑΙ		
5. ERPENDORF 1,5 ML ΜΕ ΠΩΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ, ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΝΑΙ		
6. ERPENDORF 1,5ML ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, RNase free /DNase free, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΙΣ	ΝΑΙ		
7. ERPENDORF 0,5ML ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΩΜΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, DNASE/ RNASE FREE. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΗΣ	ΝΑΙ		
8. ERPENDORF 1,5 ML ΑΔΙΑΦΑΝΗ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ DNASE/ RNASE FREE	ΝΑΙ		
9. FALCON TUBES 12X75 MM STYL ΓΙΑ FACS	ΝΑΙ		
10. LEICA ASP 300 CARBON FILTER ΓΙΑ ΙΣΤΟΚΙΝΝΕΤΑ	ΝΑΙ		
11. PARAFILM ΤΩΝ 10CM	ΝΑΙ		
12. PARAFILM ΤΩΝ 5 CM	ΝΑΙ		
13. PH INDICATOR PAPER STRIPS 0-6,0	ΝΑΙ		
14. PH INDICATOR PAPER 1-10	ΝΑΙ		
15. PH INDICATOR PAPER 3,8-5,4	ΝΑΙ		
16. PH INDICATOR PAPER 6,4-8	ΝΑΙ		
17. PH INDICATOR PAPER 8,2-10	ΝΑΙ		
18. PH INDICATOR PAPER STRIPS 0-14	ΝΑΙ		
19. PH INDICATOR PAPER STRIPS 4,5-10	ΝΑΙ		
20. PH INDICATOR PAPER STRIPS 6,0-7,7	ΝΑΙ		
21. PH INDICATOR PAPER STRIPS 7-14	ΝΑΙ		
22. POSITIVE-DISPLACEMENT TIPS 1-50 ML ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΑ HANDY STEP ΤΩΝ 5 ML ΤΗΣ BRAND	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
23. TIPS (ΡΥΓΧΟΙ) 1000-5000μλ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΤΥΠΟΥ GILSON, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΚΟΛΛΑΡΟ	ΝΑΙ		
24. TIPS (ΡΥΓΧΗ) ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΤΑ ΤΥΠΟΥ ERPENDORF, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20-100μλ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑΡΟ	ΝΑΙ		
25. TIPS (ΡΥΓΧΟΙ) 1000-5000μλ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΤΥΠΟΥ GILSON, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑΡΟ	ΝΑΙ		
26. TIPS (ΡΥΓΧΗ) ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΤΑ ΤΥΠΟΥ ERPENDORF-GILSON, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 200-1000μλ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΚΟΛΛΑΡΟ	ΝΑΙ		
27. TIPS (ΡΥΓΧΗ) ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΤΑ ΤΥΠΟΥ GILSON, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20-200μλ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΚΟΛΛΑΡΟ	ΝΑΙ		
28. TIPS (ΡΥΓΧΟΙ) 0,1-10μλ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΤΥΠΟΥ GILSON, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑΡΟ	ΝΑΙ		
29. TIPS (ΡΥΓΧΟΙ) 2-20μλ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΤΥΠΟΥ GILSON, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΚΟΛΛΑΡΟ	ΝΑΙ		
30. TIPS (ΡΥΓΧΟΙ) 2-20μλ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΤΥΠΟΥ GILSON, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑΡΟ	ΝΑΙ		
31. TIPS (ΡΥΓΧΟΙ) 200-1000μλ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΤΥΠΟΥ GILSON, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΕΚΑΣΤΟ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, DNA &,RNA FREE, ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ	ΝΑΙ		
32. TIPS (ΡΥΓΧΟΙ) 20-200μλ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΤΥΠΟΥ GILSON, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΕΚΑΣΤΟ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, DNA &,RNA FREE, ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ	ΝΑΙ		
33. TIPS (ΡΥΓΧΗ) ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΤΑ ΤΥΠΟΥ ERPENDORF ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2-100μλ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑΡΟ	ΝΑΙ		
34. TIPS (ΡΥΓΧΗ) ΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20-200μλ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑΡΟ	ΝΑΙ		
35. TIPS (ΡΥΓΧΗ) ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΤΑ ΤΥΠΟΥ ERPENDORF -GILSON, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2-100μλ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΚΟΛΛΑΡΟ	ΝΑΙ		
36. TIPS (ΡΥΓΧΟΙ) 1000-5000μλ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΤΥΠΟΥ ERPENDORF, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑΡΟ	ΝΑΙ		
37. TIPS ΡΥΓΧΟΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1200μλ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΙΠΕΤΤΑ ΒΙΟΝΥΕ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 96 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΝΑΙ		
38. TIPS (ΡΥΓΧΟΙ) 10-100μλ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΤΥΠΟΥ GILSON, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΕΚΑΣΤΟ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, DNA &,RNA FREE, ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ	ΝΑΙ		
39. TIPS (ΡΥΓΧΟΙ) 2-20μλ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΤΥΠΟΥ GILSON, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΕΚΑΣΤΟ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, DNA &,RNA FREE, ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ	ΝΑΙ		
40. TIPS (ΡΥΓΧΟΙ) 10-100μλ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΤΥΠΟΥ GILSON, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑΡΟ	ΝΑΙ		
41. TIPS (ΡΥΓΧΟΙ) 0,2-10μλ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΤΥΠΟΥ GILSON, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΕΚΑΣΤΟ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, DNA &,RNA FREE, ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ	ΝΑΙ		
42. TIPS (ΡΥΓΧΟΙ) 20-200μλ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΤΥΠΟΥ ERPENDORF, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΕΚΑΣΤΟ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
43. TIPS (ΡΥΓΧΟΙ) 10-100μλ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΤΥΠΟΥ GILSON, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΚΟΛΛΑΡΟ	ΝΑΙ		
44. TRIMMING BLADES ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΣΤ 13,5X2CM FEATHER NO 130 TYPES	ΝΑΙ		
45. VACUETTE 5ML Z SERUM SEP C/A PREM RED/Y 13X100 ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ	ΝΑΙ		
46. VACUETTE TRANSPORT BOX (VTB) W/FOAM INSERT ΓΙΑ 40 TUBES	ΝΑΙ		
47. VORTEX MIXER	ΝΑΙ		
48. ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΤΩΝ 10ML, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΝΑΙ		
49. ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΤΩΝ 20 ML	ΝΑΙ		
50. ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΤΩΝ 5ML	ΝΑΙ		
51. ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΤΩΝ 25 ML, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΝΑΙ		
52. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 75X25X1.0MM	ΝΑΙ		
53. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ NEUBAUER ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ	ΝΑΙ		
54. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΘΕΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ, ΜΕ ΑΚΡΑ ΕΠΙΚΑΛΛΥΜΕΝΑ ΜΕ ΤΕΦΛΟΝ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΡΑΦΗΣ SUPERFROST ULTRA PLUS. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25X75X1,0 MM ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ IN SITU ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΣΗ CE-IVD.	ΝΑΙ		
55. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΜΕ ΤΕΦΛΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΣΗ CE-IVD. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗ.	ΝΑΙ		
56. ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ (ΔΙΑΣΤ. ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ) 25X75X100MM	ΝΑΙ		
57. ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ BLOCK ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 250-300 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (6-8 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΕΚΑΣΤΗ)	ΝΑΙ		
58. ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ BLOCK ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 250-300 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (8 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΕΚΑΣΤΗ) (1500 Θ)	ΝΑΙ		
59. ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ	ΝΑΙ		
60. ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ HPV	ΝΑΙ		
61. ΓΡΑΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ SANYO -86oC ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ	ΝΑΙ		
62. ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΠΟ PP 400ML Φ8,5CM X 13CM ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)	ΝΑΙ		
63. ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜ. ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ 3LIT	ΝΑΙ		
64. ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜ. ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ 5 LIT	ΝΑΙ		
65. ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜ. ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ 1 LIT	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
66. ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜ. ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ 1/2 LIT	ΝΑΙ		
67. ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜ. ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ 2LIT	ΝΑΙ		
68. ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΗΡV DNA TESTING ΓΙΑ ΗΡV ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. PRESERV CYT ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ 20ML. ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΦΥΛΑΞΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΗ ΛΗΨΗ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΡV. ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30% ΜΕΘΑΝΟΛΗ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ EC DECLARATION OF CONFIRMITY ACCORDING ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 98//79/EC ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ IN VITRO.	ΝΑΙ		
69. ΓΥΑΛΙΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΧΡΩΣΗΣ 50ML ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ, ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΑΣΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΟΥΣ ΠΛΑΚΕΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ	ΝΑΙ		
70. ΓΥΑΛΙΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΧΡΩΣΗΣ 70ML ΟΡΘΙΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΑΣΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΟΥΣ ΠΛΑΚΕΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 8 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ	ΝΑΙ		
71. ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΠΟΡΩΝ. 0,22μM, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 500ML/ΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ.	ΝΑΙ		
72. ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΠΟΡΩΝ. 0,22μM, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 250ML/ΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ	ΝΑΙ		
73. ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ CΥΤΟΡPSIN ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 200 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΝΑΙ		
74. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΟΥΡΩΝ FAST READ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ (ΣΥΣΚ 100TEM)	ΝΑΙ		
75. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ 24 ΩΡΩΝ	ΝΑΙ		
76. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ 99 ΛΕΠΤΩΝ	ΝΑΙ		
77. ΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ, ΟΠΟΥ ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΟΙ ΠΛΑΚΕΣ ΠΡΟΕΞΕΧΟΥΝ 10MM ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 45X90MM	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
78. ΘΗΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 100 ΘΕΣΕΩΝ	ΝΑΙ		
79. ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 24Χ60ΜΜ ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 0,12-0,17ΜΜ, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ CE-IVD.	ΝΑΙ		
80. ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 24Χ50ΜΜ ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 0,12-0,17ΜΜ, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ CE-IVD.	ΝΑΙ		
81. ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 24Χ50ΜΜ ΜΕΝΖΕΛ-GLASER, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ CE-IVD.	ΝΑΙ		
82. ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΣΤΑΤΩ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΩΣ 17ΜL	ΝΑΙ		
83. ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ	ΝΑΙ		
84. ΚΑΣΕΤΕΣ ΕΓΚΛΕΙΣΕΩΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΣΑΓΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΛΑΜΟΥ ΡΟΖ. Το άνοιγμα να είναι στο πίσω μέρος της κασέτας	ΝΑΙ		
85. ΚΑΣΕΤΕΣ ΕΓΚΛΕΙΣΕΩΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΣΑΓΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΛΑΜΟΥ ΚΙΤΡΙΝΕΣ. Το άνοιγμα να είναι στο πίσω μέρος της κασέτας	ΝΑΙ		
86. ΚΑΣΕΤΕΣ ΕΓΚΛΕΙΣΕΩΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΣΑΓΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΛΑΜΟΥ ΛΕΥΚΕΣ. Το άνοιγμα να είναι στο πίσω μέρος της κασέτας	ΝΑΙ		
87. ΚΑΣΕΤΕΣ ΕΓΚΛΕΙΣΕΩΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΣΑΓΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΛΑΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΕΣ. Το άνοιγμα να είναι στο πίσω μέρος της κασέτας	ΝΑΙ		
88. ΚΑΣΕΤΕΣ ΕΓΚΛΕΙΣΕΩΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΨΙΩΝ ΜΕ ΣΑΓΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΛΑΜΟΥ, ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΔΙΧΤΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΑΦΥΓΗ ΥΛΙΚΟΥ. Το άνοιγμα να είναι στο πίσω μέρος της κασέτας	ΝΑΙ		
89. ΚΑΣΕΤΕΣ ΕΓΚΛΕΙΣΕΩΣ ΛΕΥΚΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΨΙΩΝ ΜΕ ΣΑΓΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΛΑΜΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΔΙΧΤΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΑΦΥΓΗ ΥΛΙΚΟΥ. Το άνοιγμα να είναι στο πίσω μέρος της κασέτας	ΝΑΙ		
90. ΚΑΣΕΤΕΣ ΕΓΚΛΕΙΣΕΩΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΨΙΩΝ ΜΕ ΣΑΓΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΛΑΜΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΔΙΧΤΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΑΦΥΓΗ ΥΛΙΚΟΥ. Το άνοιγμα να είναι στο πίσω μέρος της κασέτας	ΝΑΙ		
91. ΚΑΣΕΤΕΣ ΕΓΚΛΕΙΣΕΩΣ ΡΟΖ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΨΙΩΝ ΜΕ ΣΑΓΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΛΑΜΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΔΙΧΤΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΑΦΥΓΗ ΥΛΙΚΟΥ. Το άνοιγμα να είναι στο πίσω μέρος της κασέτας	ΝΑΙ		
92. ΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RUBBER CEMENT ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΓΙΑ SLIDE ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50GR	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
93. ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 5ΛΙΤΡΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ.ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:Α) ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΕΚΤΟΣ PVC) , ΑΚΑΜΠΤΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΤΡΗΤΟ, Β) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ, ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, Γ) ΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟ ΒΕΛΟΝΑΣ ΑΠΟ ΣΥΡΙΓΓΑ, Δ) ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΔΥΟ ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ), Ε) ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΩΣΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΣΤ) ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ, Ζ) ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ UN ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ, Η) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, Θ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, Ι)ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ "ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ".	ΝΑΙ		
94. ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ERPENDORFS 1,5 ML ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 64ΘΕΣΕΩΝ	ΝΑΙ		
95. ΚΟΥΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ERPENDORFS 1,5ML ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΕΩΣ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ	ΝΑΙ		
96. ΚΟΥΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ , ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ 0,2 ML, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ, ΕΩΣ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ	ΝΑΙ		
97. ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 2ML	ΝΑΙ		
98. ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟ HEMO CONTROL EKF	ΝΑΙ		
99. ΛΑΒΗ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ TRIMMING BLADES	ΝΑΙ		
100.ΛΕΠΙΔΑ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ N 35	ΝΑΙ		
101.ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ C-35	ΝΑΙ		
102.ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ R- 35	ΝΑΙ		
103.ΛΥΧΝΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Η' ΑΝΑΛΟΓΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ	ΝΑΙ		
104.ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ TEFLON 5/8X5/16	ΝΑΙ		
105.ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ TEFLON 1/2X5/16	ΝΑΙ		
106.ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ TEFLON 1X5/16	ΝΑΙ		
107.ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ TEFLON 5CM	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
108.ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ TEFLON 7/8Χ5/16	ΝΑΙ		
109.ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΓΡΑΨΙΜΟ ΣΕ CRYOVIALS ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ. Η μύτη του μαρκαδόρου να είναι λεπτή	ΝΑΙ		
110.ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΓΡΑΨΙΜΟ ΣΕ CRYOVIALS ΚΟΚΚΙΝΟ. Η μύτη του μαρκαδόρου να είναι λεπτή	ΝΑΙ		
111.ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΓΡΑΨΙΜΟ ΣΕ CRYOVIALS ΜΑΥΡΟ. Η μύτη του μαρκαδόρου να είναι λεπτή	ΝΑΙ		
112.ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΓΡΑΨΙΜΟ ΣΕ CRYOVIALS ΜΠΛΕ. Η μύτη του μαρκαδόρου να είναι λεπτή	ΝΑΙ		
113.ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΟΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΝΑΙ		
114.ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΜΗ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΟΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΝΑΙ		
115.ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΓΥΑΛΙΝΟΙ 1000ML	ΝΑΙ		
116.ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΓΥΑΛΙΝΟΙ 100ML	ΝΑΙ		
117.ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΓΥΑΛΙΝΟΙ 250ML	ΝΑΙ		
118.ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΓΥΑΛΙΝΟΙ 50 ML	ΝΑΙ		
119.ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΓΥΑΛΙΝΟΙ 500ML	ΝΑΙ		
120.ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 1000ML	ΝΑΙ		
121.ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 100ML	ΝΑΙ		
122.ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 250ML	ΝΑΙ		
123.ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 500ML	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<p>124.ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ JELLY MINI 10X10. ΟΙ ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:. ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΙΟΝ ΩΣ ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΩΣ ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ , ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΡΑΣΤΟ ΝΕΡΟ. ΤΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΖΕΛΕ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ. Η ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΕ ΑΠΑΛΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.</p>	ΝΑΙ		
<p>125.ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 11X28,5CM</p>	ΝΑΙ		
<p>126.ΠΕΝΣΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΣΚΩΝ</p>	ΝΑΙ		
<p>127.ΠΙΠΕΤΤΑ ΕΡΡΕΝΔΟΡΦ 100-1000μl</p>	ΝΑΙ		
<p>128.ΠΙΠΕΤΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 0,2-2μl, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO8655, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΡΥΓΧΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΡΥΓΧΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΟΠΟΥ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΙΠΕΤΤΑΣ (ΠΙΣΤΟΝΙ ΚΛΙΠ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟΣ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΠΕΤΤΑΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 121°C, ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΠΟΤΕ ΖΗΤΗΘΕΙ.</p>	ΝΑΙ		
<p>129.ΠΙΠΕΤΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 100-1000μl , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO8655, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΡΥΓΧΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΡΥΓΧΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΟΠΟΥ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΙΠΕΤΤΑΣ (ΠΙΣΤΟΝΙ ΚΛΙΠ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟΣ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΠΕΤΤΑΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 121°C, ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΠΟΤΕ ΖΗΤΗΘΕΙ</p>	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<p>130.ΠΙΠΕΤΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 10-100μl , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO8655, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΡΥΓΧΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΡΥΓΧΟΥΣ ΜΕΣΩ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΟΠΟΥ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΙΠΕΤΤΑΣ (ΠΙΣΤΟΝΙ ΚΛΠ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟΣ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΠΕΤΤΑΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 121°C, ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΠΟΤΕ ΖΗΤΗΘΕΙ.</p>	ΝΑΙ		
<p>131.ΠΙΠΕΤΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 1-10μl , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO8655, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΡΥΓΧΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΡΥΓΧΟΥΣ ΜΕΣΩ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΟΠΟΥ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΙΠΕΤΤΑΣ (ΠΙΣΤΟΝΙ ΚΛΠ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟΣ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΠΕΤΤΑΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 121°C, ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΠΟΤΕ ΖΗΤΗΘΕΙ.</p>	ΝΑΙ		
<p>132.ΠΙΠΕΤΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 1000-5000μl , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO8655, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΡΥΓΧΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΙΠΕΤΤΑΣ (ΠΙΣΤΟΝΙ ΚΛΠ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟΣ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΠΟΤΕ ΖΗΤΗΘΕΙ.</p>	ΝΑΙ		
<p>133.ΠΙΠΕΤΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 20-200μl , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO8655, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΡΥΓΧΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΡΥΓΧΟΥΣ ΜΕΣΩ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΟΠΟΥ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΙΠΕΤΤΑΣ (ΠΙΣΤΟΝΙ ΚΛΠ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟΣ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΠΕΤΤΑΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 121°C, ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΠΟΤΕ ΖΗΤΗΘΕΙ.</p>	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
134.ΠΙΠΕΤΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 2-20μl , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO8655, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΡΥΓΧΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΡΥΓΧΟΥΣ ΜΕΣΩ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΟΠΟΥ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΙΠΕΤΤΑΣ (ΠΙΣΤΟΝΙ ΚΛΠ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟΣ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΠΕΤΤΑΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 121°C, ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΠΟΤΕ ΖΗΤΗΘΕΙ.	ΝΑΙ		
135.ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΡΥΓΧΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 145 ΜΜ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΥΓΧΟΣ 45 ΜΜ ΕΣΩΤ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1,2 ΜΜ	ΝΑΙ		
136.ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑ 2ΜL ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 0,1 ΜL, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΜΙΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Ή ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ	ΝΑΙ		
137.ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑ 25ΜL ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 1 ΜL ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΜΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ		
138.ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑ 5ΜL ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 1 ΜL ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΜΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ		
139.ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΟΥΑΡ 1ΜL	ΝΑΙ		
140.ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤ ΜΗ ΑΠΟΣΤ ΜΕ ΠΟΥΑΡ 1ΜL	ΝΑΙ		
141.ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤ ΜΗ ΑΠΟΣΤ ΜΕ ΠΟΥΑΡ 2 ΜL	ΝΑΙ		
142.ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤ ΜΗ ΑΠΟΣΤ ΜΕ ΠΟΥΑΡ 3ΜL	ΝΑΙ		
143.ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΟΥΑΡ 2ΜL	ΝΑΙ		
144.ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΟΥΑΡ 3ΜL	ΝΑΙ		
145.ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΓΙΑΛΙΝΕΣ Μ.ΧΡ. ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ (ΤΚΕ)	ΝΑΙ		
146.ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑ 10 ΜL ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 0,1 ΜL ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΜΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΝΑΙ		
147.ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑ 1ΜL ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 0,1ΜL ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΜΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΜΒΚΑΙ ΣΤΟ ΡΥΓΧΟΣ	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
148.ΠΛΑΚΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ , ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΧΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΠΙΑΝΩ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (SLIDES FIELD FINDER)	ΝΑΙ		
149.ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ	ΝΑΙ		
150.ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΠΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ	ΝΑΙ		
151.ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΙΣΚΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ CΥΤΟΡSΙΝ	ΝΑΙ		
152.ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ ΓΥΑΛΙΝΑ 50 ML	ΝΑΙ		
153.ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ ΓΥΑΛΙΝΑ 100 ML	ΝΑΙ		
154.ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 100 ML	ΝΑΙ		
155.ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 250 ML	ΝΑΙ		
156.ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΥΡΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 100-150ML ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ	ΝΑΙ		
157.ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΩΝ 60 ML. ΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.	ΝΑΙ		
158.ΠΟΤΗΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 60ML ΜΕ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ	ΝΑΙ		
159.ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 25ML ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ	ΝΑΙ		
160.ΠΟΥΑΡ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΠΟΥ ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΡΟΦΗΣΟΥΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2ML	ΝΑΙ		
161.ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΝΑΙ		
162.ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 75X12	ΝΑΙ		
163.ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΡΙΑ 5ML 12X75	ΝΑΙ		
164.ΣΑΚΚΟΙ ΝΑΥΛΟΝ ΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	ΝΑΙ		
165.ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ 30G. ΟΙ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.Η ΑΚΙΔΑ ΝΑ ΕΚΤΟΞΕΥΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΩΔΥΝΟ ΤΡΥΠΗΜΑ. ΝΑ ΕΠΕΝΕΡΧΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΡΥΠΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ.ΟΙ ΑΚΙΔΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΒΑΘΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 1,5 ΕΩΣ ΚΑΙ 2,0 MM, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΑΚΙΔΑΣ/ΒΕΛΟΝΑΣ.	ΝΑΙ		
166.ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ 21G. ΟΙ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.Η ΑΚΙΔΑ ΝΑ ΕΚΤΟΞΕΥΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΩΔΥΝΟ ΤΡΥΠΗΜΑ. ΝΑ ΕΠΕΝΕΡΧΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΡΥΠΗΜΑ ΓΙΑ	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ.ΟΙ ΑΚΙΔΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΒΑΘΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 1,5 ΕΩΣ ΚΑΙ 2,0 ΜΜ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΑΚΙΔΑΣ/ΒΕΛΟΝΑΣ.			
167.ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΖΥΓΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ	ΝΑΙ		
168.ΣΤΑΤΩ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΠΕΤΤΩΝ 7 ΘΕΣΕΩΝ	ΝΑΙ		
169.ΣΤΑΤΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΩΣ 17ML (50 ΘΕΣΕΩΝ)	ΝΑΙ		
170.ΣΤΑΤΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 2 ML ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΝΑΙ		
171.ΣΤΑΤΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ PCR TUBES ΤΩΝ 0,2ML(18 ΘΕΣΕΩΝ)	ΝΑΙ		
172.ΣΤΑΤΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΩΣ 20 ML (50 ΘΕΣΕΩΝ) ΜΕ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ	ΝΑΙ		
173.ΣΤΑΤΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΩΣ 8ML (50 ΘΕΣΕΩΝ) ΜΕ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1,5ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΕΓΧΡΩΜΑ	ΝΑΙ		
174.ΣΤΑΤΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΩΣ 8ML (50 ΘΕΣΕΩΝ) ΜΕ ΟΠΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1,5ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΝΑΙ		
175.ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤ. ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΠΩΜΑ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15CM	ΝΑΙ		
176.ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 15 ΕΚ (ΚΟΛΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΑΧΥ ΓΙΑ ΚΟΛΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΝΑΙ		
177.ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ 15Χ2,2,ΜΜ	ΝΑΙ		
178.ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΩΝ 10λ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ	ΝΑΙ		
179.ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ	ΝΑΙ		
179.1ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ (VACUTAINER HOLDER)	ΝΑΙ		
179.2ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΕΛΟΝΩΝ Η' ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.	ΝΑΙ		
179.3ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ 21 G. ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΛΕΒΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ 7 ΙΝΤΣΩΝ. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
179.4 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ 23G. ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΛΕΒΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ 7 ΙΝΤΣΩΝ. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ	ΝΑΙ		
179.5 ΒΕΛΟΝΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ. Η ΒΕΛΟΝΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΝΕ ΕΙΝΑΙ 21G, 1 1/4'', ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ. Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ ΑΜΕΣΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ.	ΝΑΙ		
179.6 ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΘΥ ΑΥΛΟ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΙΜΟΛΥΣΕΩΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΔΩΤΟ ΑΚΡΟ	ΝΑΙ		
179.7 ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΕ Α/Α 179 (1,2,3,4,5,6) ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ, ΘΑ ΔΕΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.	ΝΑΙ		
180. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 50ML ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΩΝΙΚΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΒΙΔΩΤΑ ΠΩΜΑ	ΝΑΙ		
181. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ Α/Α 180.	ΝΑΙ		
182. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10ML, ΥΨΟΥΣ 100MM ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 16MM, ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ & ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ, ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ ML ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ	ΝΑΙ		
183. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 15 ML ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	ΝΑΙ		
184. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 25ML ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΥΠΟΥ UNIVERSAL	ΝΑΙ		
185. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ CRYOC VIAL ΑΠΟΣΤΕΙΡ. 1,5ML ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΒΙΔΩΝΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΩΝΙΚΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ CORN ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΩΜΑ	ΝΑΙ		
186. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ WASSERMAN ΓΥΑΛΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΛΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ 12X100MM	ΝΑΙ		
187. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 75X12	ΝΑΙ		
188. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΩΡΙΣΜΟ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΓΚΟΥΣ 3-6ML ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΝΑΙ		
189. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ (ΑΝΟΣΩΛ)	ΝΑΙ		
190. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ)	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
191.ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 10ML ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ Θ 16MMX100MM	ΝΑΙ		
192.ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 5ML ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ Θ 12MMX75MM ΡΙΑ	ΝΑΙ		
193.ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΩΝ 50 ML ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	ΝΑΙ		
194.ΣΩΛΗΝΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 50 ML ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ	ΝΑΙ		
195.ΣΩΛΗΝΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 50ML ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ	ΝΑΙ		
196.ΣΩΛΗΝΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΒΙΔΩΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΩΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10ML ΜΗΚΟΥΣ 100 MM X 16MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ	ΝΑΙ		
197.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ CM 1900 LEICA 30MM	ΝΑΙ		
198.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ (SPECIMEN DISC) 25MM (ΓΙΑ LEICA)	ΝΑΙ		
199.ΤΡΥΒΑΙΑ PETRI ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 90MM ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΗΛΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΝΑΙ		
200.ΤΡΥΒΑΙΑ PETRI ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 90MM Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	ΝΑΙ		
201.ΤΡΥΒΑΙΑ PETRI ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 120MMX120MM ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΝΑΙ		
202.ΤΡΥΒΑΙΑ PETRI Φ 50MM Μ.Χ. ΑΠΟΣΤ. ΑΠΟ ΠΟΛΥΣΤΗΡΕΝΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ	ΝΑΙ		
203.ΥΔΡΟΒΟΛΕΙΣ 500ML	ΝΑΙ		
204.ΥΔΡΟΒΟΛΕΙΣ 250ML	ΝΑΙ		
205.ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΕΓΚΛΕΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ	ΝΑΙ		
206.ΦΙΑΛΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ERLENMAYER 0,5LIT	ΝΑΙ		
207.ΦΙΑΛΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ERLENMAYER 1LIT	ΝΑΙ		
208.ΦΙΑΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡ-ΓΕΙΩΝ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 150CM ² ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΠΩΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ	ΝΑΙ		
209.ΦΙΑΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡ-ΓΕΙΩΝ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 25CM ² ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΠΩΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ	ΝΑΙ		
210.ΦΙΑΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡ-ΓΕΙΩΝ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 25CM ² ΓΙΑ ΕΝΑΙΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<p>211.ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ, ΚΕΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ, ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ,ΟΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ SODIUM CITRATE 3,2%-0,109M, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X75MM, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2,5-3 ML</p>	ΝΑΙ		
<p>212.ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ (ΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ), ΚΕΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ, ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΕΣ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΟΝΥΧΑ (ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ GEL), ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8,5ML, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 16X100MM, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2CM , ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2CM , ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.</p>	ΝΑΙ		
<p>213.ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΚΕΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ, ΑΘΡΑΥΣΤΑ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ,ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X75MM,ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3ML ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 5,4 MG EDTA K2-K3</p>	ΝΑΙ		
<p>214.ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ NAT ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ), ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΘΡΑΥΣΤΑ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6ML ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 10,8MG EDTA K2, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X100MM, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2CM, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.</p>	ΝΑΙ		
<p>215.ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΖΕΛΕ, 7ml ή 6 ml ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, ΤΟ REF NUMBER), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ</p>	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
216.ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΚΕΝΟΥ,ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΖΕΛΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 3,5ML ή 4ML (13MM x 75MM) ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ Η ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΝΑΙ		
217.ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΑΘΡΑΥΣΤΑ) ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΟΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΖΕΛΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4ML Η 3,5 ML (VACUETTE 13MMX75MM) ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, ΤΟ REF NUMBER), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	ΝΑΙ		
218.ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΑΘΡΑΥΣΤΑ) ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΟΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΖΕΛΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5ML Η 6 ML (VACUETTE 13MMX100MM) ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, ΤΟ REF NUMBER), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	ΝΑΙ		
219.ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΑΘΡΑΥΣΤΑ) ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΟΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΖΕΛΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 8 ML ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, ΤΟ REF NUMBER), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	ΝΑΙ		
220.ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 50ML ΑΠΟΣΤ.Μ.Χ. ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ	ΝΑΙ		
221.ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ PCR ΤΩΝ 0,2ML (RNAse, RNAse free) ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ MINERAL OIL	ΝΑΙ		
222.ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 2ML ΜΕ ΠΩΜΑ ΠΟΥ ΒΙΔΩΝΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ , ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΩΜΑ	ΝΑΙ		
223.ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΚΕ, ΚΕΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ SODIUM CITRATE (3,8%-0,129M), ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF,Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13X75MM, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1,5-2,0ML	ΝΑΙ		
224.ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ 0,45μM	ΝΑΙ		
225.ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΗΘΗΣΕΩΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ 0,22μM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Ca ΣΤΕΙΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
226.ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ110ΜΜ. ΤΥΠΟΥ WHATMAN	ΝΑΙ		
227.ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ ΞΥΛΟΛΗΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΚΙΝΝΕΤΑ EXCELSIOR ES	ΝΑΙ		
228.ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΛΗ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΤΜ.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)	ΝΑΙ		
229.ΦΙΛΤΡΟ ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑ EXCELSIOR ES	ΝΑΙ		
230.ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΟΥΡΩΝ 10ΜΛ ΔΙΑΣΤ 102Χ15ΜΜ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ STRIPS TEST	ΝΑΙ		
231.ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΜΑΠΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 2ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	ΝΑΙ		
232.ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ 60΄	ΝΑΙ		
233.ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ	ΝΑΙ		
234.ΧΩΝΙΑ PYREX ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 160ΜΜ	ΝΑΙ		
235.ΨΗΚΤΡΕΣ (ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ) ΔΙΑΦΟΡΑ	ΝΑΙ		
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ			
Η παραγόμενη από το σύστημα τεχνική προσφορά να υποβληθεί και σε μορφή .xls (EXCEL).	ΝΑΙ		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όνομασία Τράπεζας
Κατάστημα Ημερομηνία έκδοσης.....
Προς το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό
Νοσοκομείο Αθηνών
“Ο Άγιος Σάββας”
Λ.Αλεξάνδρας 171 - Αθήνα 115 22

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Αρ..... ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας οδός αριθμός ... ΤΚ,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

β)..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

γ)..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (τάδε του μηνός του έτους τάδε)..... για την προμήθεια (του τάδε είδους) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη με αριθμό..... Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς, όπως αναφέρεται σχετικά στη διακήρυξη).

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα Ημερομηνία έκδοσης.....

Προς το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό

Νοσοκομείο Αθηνών

“Ο Άγιος Σάββας”

Λ.Αλεξάνδρας 171 - Αθήνα 115 22

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ..... για ευρώ.....

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας Οδός Αριθμός Τ.Κ.}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) οδός αριθμός Τ.Κ.

β) οδός αριθμός Τ.Κ.

γ) οδός αριθμός Τ.Κ.

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ....., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό..... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) για την προμήθεια (του τάδε είδους) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη με αριθμό..... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Γ.Α.Ο.Ν.Α. "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ"

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «.....»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. .../...-...-...

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : ...-...-...

ΔΑΠΑΝΗΣ € (χωρίς ΦΠΑ)

CPV

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Άρθρο 1ο - Απόφαση Κατακύρωσης.....	22
2. Άρθρο 2ο - Χρόνος ισχύος συμβάσεως.	22
3. Άρθρο 3ο - Κατάλογος Ειδών - Τιμές	22
4. Άρθρο 4ο - Παράδοση και Παραλαβή.....	22
5. Άρθρο 5ο - Κυρώσεις.....	23
6. Άρθρο 6ο - Τρόπος Πληρωμής- Κρατήσεις.....	23
7. Άρθρο 7ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης.....	23
8. Άρθρο 8ο - Τροποποίηση σύμβασης.....	23
9. Άρθρο 9ο - Αρμόδια δικαστήρια – Ακυρότητα όρων της σύμβασης.	24
10. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ.....	24

Στην Αθήνα σήμερα στις ... μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός μεν του Νοσοκομείου με την επωνυμία Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο Άγιος Σάββας" που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Λ. Αλεξάνδρας 171) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γεώργιο Δενδραμή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) – Διοικητή του Νοσοκομείου και που στη συνέχεια θα αποκαλείται το "Νοσοκομείο" και αφετέρου δε της ..., με ΑΦΜ ..., που εδρεύει ..., Τ.Κ.... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον και που στη συνέχεια θα αποκαλείται ο "Προμηθευτής" συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1ο - Απόφαση Κατακύρωσης

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που πάρθηκε κατά την .../...-...-... συνεδρίαση του, και ύστερα από ανοιχτό διαγωνισμό, κατακυρώνεται στην ... η προμήθεια ... και αυτή στη συνέχεια αναλαμβάνει να προμηθεύσει στο Νοσοκομείο τα στο άρθρο 3 οριζόμενα είδη όπως παρακάτω περιγράφονται με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που ακολουθούν.

Άρθρο 2ο - Χρόνος ισχύος συμβάσεως.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει στο Νοσοκομείο από ...-...-... έως ...-...-... **Η σύμβαση μπορεί να παρατείνεται μέχρι την απορρόφηση όλων των ποσοτήτων της παρούσας.**

Η παρούσα σύμβαση παύει να ισχύει εφόσον υπάρξει κατακύρωση διαγωνισμού από δημόσιο οργανισμό-νοσοκομείο-υπηρεσία και περιλαμβάνει τα είδη της σύμβασης.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας των ειδών που αναφέρονται στην σύμβαση, από Κρατική Υγειονομική Αποθήκη ή από Υπηρεσία Κρατικών Προμηθειών, χωρίς να γεννάται αξίωση αποζημίωσης εκ μέρους του προμηθευτού.

Το Νοσοκομείο δεν υποχρεούται να απορροφήσει τις ποσότητες των ειδών που αναγράφονται στην παρούσα σύμβαση και ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης του εξαιτίας αυτού.

Άρθρο 3ο - Κατάλογος Ειδών - Τιμές

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει στο Νοσοκομείο τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του εντός του χρόνου ισχύος της συμβάσεως τα παρακάτω οριζόμενα

Αναλυτικά τα εξής:

.....

Τα ανωτέρω είδη θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. ... διακήρυξης του διαγωνισμού προμήθειας ... που έγινε στις ...-...-... και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που ο προμηθευτής κατέθεσε σ' αυτόν.

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με φόρο προστιθεμένης αξίας που θα καταβάλλεται στο χορηγητή από το Νοσοκομείο με την εξόφληση των τιμολογίων του.

Άρθρο 4ο - Παράδοση και Παραλαβή

Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τις εκάστοτε αναγκαίες ποσότητες των ειδών με δικές του δαπάνες και δικά του μεταφορικά μέσα και επιπλέον **ασφαλισμένων** μέχρι την παράδοση τους στις υποδεικνυόμενες από το Νοσοκομείο αποθήκες του.

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προσκομιζόμενων ειδών ... θα διενεργείται από επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου και εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής, καλείται να παραστεί ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του.

Άρθρο 5ο - Κυρώσεις

Το Νοσοκομείο θα έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην αγορά των αναγκαίων ποσοτήτων εκ των ειδών της σύμβασης από το ελεύθερο εμπόριο και ο προμηθευτής θα επιβαρύνεται με την επί πλέον διαφορά τιμής καθώς και με κάθε άλλη επιπρόσθετη δαπάνη (μεταφορά κλπ), όταν ο προμηθευτής δεν παραδίδει μέσα στο προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο, τις εκάστοτε αναγκαίες ποσότητες των ειδών που του παραγγέλλονται.

Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής ομόφωνα απορρίψει τα προσκομιζόμενα είδη της σύμβασης ή μέρους αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους, με δικές του δαπάνες και χωρίς καμιά αξίωση, παραιτούμενου του δικαιώματος της διαιτησίας. Σε περίπτωση όμως διαφωνίας των μελών της επιτροπής θα αποφαινεται τελεσίδικα για τον χορηγητή το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Ο προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτήν με απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, εφόσον δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά είδη ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο και επιβάλλονται οι κυρώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 6ο - Τρόπος Πληρωμής- Κρατήσεις.

Η πληρωμή των δικαιωμάτων του προμηθευτού θα γίνεται με βάση τα κανονικά τιμολόγιά του, το πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον χορηγητή στο Νοσοκομείο, εντός δύο (2) μηνών. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του προμηθευτού που απορρέουν από τη σύμβαση, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου.

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις κατωτέρω κρατήσεις:

- ◆ Ποσοστό 0,02% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ του Δημοσίου (άρθρο 36 παρ. 6 του Ν.4412/16).
- ◆ Ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011 ως τροποπ. με τον Ν 4412/16).
- ◆ Ποσοστό 0,00216% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 3335/Β/2014).
- ◆ Ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/16).
- ◆ Ποσοστό 0,00216% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. για κράτηση Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191 ΦΕΚ 969/Β/17).
- ◆ Ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των προηγούμενων κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν.3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του Ν.3846/2010).
- ◆ Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 24 του Ν.2198/94). **Στις υπηρεσίες ο φόρος εισοδήματος αντί για 4% είναι 8%.**

Άρθρο 7ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε στο Νοσοκομείο την υπ'αριθμ. εγγυητική επιστολή της ευρώ..... και η οποία θα του επιστραφεί μετά την πλήρη και ολοσχερή εκπλήρωση των προς το Νοσοκομείο υποχρεώσεών του.

Άρθρο 8ο - Τροποποίηση σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 9ο - Αρμόδια δικαστήρια – Ακυρότητα όρων της σύμβασης.

Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα της παρούσης σύμβασης, ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα, υποβαλλομένου του προμηθευτή ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.

Η τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της σύμβασης δεν καθιστά άκυρη ολόκληρη τη σύμβαση. Αν οποιοσδήποτε όρος της σύμβασης κηρυχθεί δικαστικώς άκυρος, δεν θίγεται το κύρος όλης της σύμβασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται, σε περίπτωση κατά την οποία όρος της σύμβασης κηρυχθεί άκυρος ή αντιτίθεται σε ρητή μεταγενέστερη νομοθετική πρόβλεψη, να τον αντικαταστήσουν με άλλον όρο, ο οποίος θα έχει νόημα όσο το δυνατόν πλησιέστερο σε αυτόν του αντικατασταθέντος όρου τροποποιώντας τη σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται υπό των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Αφού αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε η παρούσα σε τρία πρωτότυπα από - 6 - σελίδες και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.-Διοικητής

Ο Προμηθευτής

Γεώργιος Δενδραμής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

Διατίθεται στο ΕΣΗΔΗΣ ως συνημμένο της παρούσης διακήρυξης:

❖ Σε μορφή WORD με το όνομα ΤΕΥΔ.